

Prüfbescheinigung

zum Untersuchungsauftrag im Rahmen des
Innovationsschecks Nr.: 823940

Die Vergleichsprüfung der Materialfeuchten von Strohballen mittels der

**Feuchtigkeitsprüfgeräte humimeter FL1 und FL2
der Fa. Messtechnik Schaller GmbH**

einerseits und andererseits mit dem

Darr Verfahren

mittels Differenzwägung der feuchten und der bei 105 °C getrockneten Proben
wurde von der Gruppe Angepasste Technologie durchgeführt.

Die o.a. Prüfgeräte der Fa. Messtechnik Schaller GmbH wurden für die Messung
der Materialfeuchte von Strohballen zum Zwecke der Qualitätskontrolle als geeignet
befunden.

GrAT
Dipl.-Ing. Sören Eikemeier
Wiedner Hauptstr. 8-10, 1040 Wien
Tel.: +43 1 58801 740064
Fax.: +43 1 58801 49533