

**Designiertes Laboratorium**  
*Designated Laboratory*

E+E Elektronik Ges.m.b.H. ist mit der Bereithaltung der nationalen Etalons für Feuchte und Luftströmungsgeschwindigkeit in Österreich betraut.  
*E+E Elektronik Ges.m.b.H. is designated to maintain the national humidity and air velocity standards in Austria.*

13697
BEV
042021



**Kalibrierschein**  
*Calibration certificate*

Kalibrierzeichen  
*Calibration mark*

Kalibriergegenstand <i>Device under test</i>	Salzlösung <i>Salt solution</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	E+E Elektronik Ges.m.b.H.
Typ <i>Type</i>	Feuchtekabrierlösung 50% rh
Herstellernummer <i>Serial number</i>	S/Nr.: 20215003
Auftraggeber <i>Customer</i>	E+E Elektronik Ges.m.b.H. Langwiesen 7 4209 Engerwitzdorf Austria
Kalibriernummer <i>Order No.</i>	KA013697
Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines <i>Number of pages of the certificate</i>	3
Eingangsdatum <i>Date of receipt</i>	09.04.2021
Datum der Kalibrierung <i>Date of calibration</i>	09. – 12.04.2021

Die Kalibrierung erfolgt auf der gesetzlichen Grundlage der §§ 60 und 61 des Maß- und Eichgesetzes BGBl.Nr. 152/1950 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 10/2015.  
Dieser Kalibrierschein dokumentiert die Rückführbarkeit auf nationale Normale zur Darstellung der physikalischen Einheiten in Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI). Das BEV ist als das nationale Metrologieinstitut für die nationalen Normale verantwortlich.  
*The calibration is performed in accordance with the Metrology Act (MEG) federal gazette Nr. 152/1950, last amended with federal gazette I No. 10/2015. This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the physical units of measurements according to the International system of Units (SI). BEV as national metrology institute is responsible for national standards.*

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen sind unzulässig. Kalibrierscheine ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit.  
*This calibration certificate may not be reproduced other than in full. Calibration certificates without signature and seal are not valid.*

Stempel <i>Seal</i>	Datum <i>Date</i>	Zeichnungsberechtigter <i>Authorised person</i>	Bearbeiter <i>Person in charge</i>
	13.04.2021	 Dr. Dietmar Pachinger	 DI. Patrick Raab

Designiertes Laboratorium  
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen  
**E+E ELEKTRONIK Ges.m.b.H.**  
Langwiesen 7, A-4209 Engerwitzdorf  
www.kalibrierdienst.at



Kalibrierungsnummer KA013697  
Order No.

13697

Kalibriergegenstand  
Device under test

BEV

Salzlösung Feuchtekalibriertlösung 50% rh  
Salt solution S/Nr.: 20215003

042021

**Beschreibung des Kalibriergegenstands**  
Description of device under test

Ungesättigte Salzlösung zur Darstellung „relativer Feuchte“, dicht eingeschweißt in Glasampullen.  
Unsaturated salt solution for maintaining "relative humidity", hermetically sealed in glass ampullae.

**Messergebnisse**  
Measurement results

Position	Referenz rel. Feuchte	Anzeigewert rel. Feuchte	Abweichung von Referenzwert	Erweiterte Unsicherheit der Prüfung
Position	Reference rel. Humidity	Output value rel. Humidity	Deviation from reference value	Extended measurement uncertainty
#	% rh	% rh	% rh	% rh
1	50.00	50.09	0.09	0.30

Kalibriertemperatur (23.0 ± 0.2) °C  
Temperature of calibration

**Bedingungen während der Kalibrierung**  
Calibration conditions

Druck bei Kalibrierung (980 ± 20) hPa  
pressure of calibration  
Umgebungstemperatur (23 ± 3) °C  
Ambient conditions

Die Kalibrierung ist ein Mittelwert aus 10 Stichproben bei einer Losgröße von 4850 Salzampullen.  
The calibration is an average of 10 samples of a lot size of 4850 salt ampullae.

**Kalibrierverfahren**  
Calibration procedure

Gemäß internen Verfahren wird mittels Übertragungsnormal die durch die Salzlösung erzeugte relative Feuchte mit einem kontinuierlichen Gasstrom mit definierten Werten von Temperatur, Druck und Feuchte (Referenzwerte) verglichen. Der Referenzgasstrom wird von einem als Referenzeinrichtung dienenden 2-Druck – 2-Temperatur – Feuchtgenerator erzeugt.

According to E+E internal procedures, transfer standards are used to compare the relative humidity achieved by the salt solution with a continuous reference gas flow with defined temperature, pressure and humidity. The reference gas flow is provided by a reference two-pressure – two-temperature humidity generator.



Kalibrierungsnummer KA013697  
Order No.

13697

Kalibriergegenstand  
Device under test

BEV

Salzlösung Feuchtekalibriertlösung 50% rh  
Salt solution S/Nr.: 20215003

042021

**Messunsicherheit**  
Measurement uncertainty

Die angegebene erweiterte Messunsicherheit  $U$  entspricht der zweifachen Standardunsicherheit ( $k=2$ ), welche für eine Normalverteilung einen Grad des Vertrauens von etwa 95 % bedeutet. Die Standardunsicherheit wurde in Übereinstimmung mit dem Leitfaden zur Angabe von Unsicherheit beim Messen „Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM)“, JCGM 100:2008, ermittelt. Die Messwerte und die Abweichungen wurden als Mittelwerte aus mehr als 50 Einzelmessungen in einem Zeitraum von mindestens 20 min ermittelt.

The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k=2$ , providing a level of confidence of approximately 95 % for normal distribution. The standard uncertainty was determined in accordance with „Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM)“, JCGM 100:2008.

The measured values and the deviations from the reference values were calculated as mean values from more than 50 single measurements in a period of at least 20 min.

**Anmerkungen**  
Remarks

Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich. Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die bezeichneten Gegenstände zum Zeitpunkt der Kalibrierung. The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals. The results of calibration refer solely to the submitted object at the time at calibration only.

